

## Provledning på kabeltrumma - 50 Meter 1,0 mm<sup>2</sup>

IEC 61010 Kat IV



Dom normala provledningarna brukar vara 1-2 meter, detta brukar dock inte alltid räcka. Vid t ex kontinuitetsmätning (lågohms mätning) är det ofta nödvändigt med mycket långa testledningar för att mäta jordförbindelsen.

Vi erbjuder nu olika lösningar med provledning monterat på en praktisk kabeltrumma som gör att provledningarna är i ordning samt att det är enkelt att rulla ut till önskad längd. IEC 61010-1 kat IV 600V.

Rekommenderat tillbehör till kabeltrumman är 1st 2m testledning (4290723) för att underlätta användandet mellan kabeltrumma och instrument.

### Tekniska Data:

<b>IEC 61010 Kategori:</b>	Kat IV 600V
<b>Kvadrat:</b>	1,0mm <sup>2</sup>
<b>Längd:</b>	50m
<b>Färg:</b>	Gul
<b>Längd (m):</b>	50

### Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5703317459954	4290723	Testledning - 2711, 200cm röd